

WEIL DER MENSCH ZÄHLT.

SPIROSTIK SPIROMETRIE

LuFu - EINFACH GRIFFIG

Kein komplizierter Sensortausch

Keine Batterien

Keine Filter

Keine Desinfektion



TECHNISCHE DATEN

Abmaße	Größe Gewicht	76,5 mm x 30 mm x 18,5 mm (L x B x H) 20 g
Elektrische Daten	Schutzklasse VDE Klassifizierung Typ Anwendungsteil PC-Schnittstelle Spannungsversorgung	IPX0 IEC 529 IIa BF gemäß VDE 0750 (DIN EN 60601-1) USB 2.0 5V über USB Schnittstelle (<2,5 VA)
Flussmessung	Flusssensor Messprinzip Messbereich Widerstand Effektiver Totraum Abtastrate Genauigkeit	SpirafLOW Differenzdruck +/- 16 l/s < 0,15 kPa/(l/s) < 14 l/s < 26 ml (effektiv) 125 Hz +/- 3 % oder 50 ml/s
Volumenmessung	Messbereich Genauigkeit	0 - 20 l +/- 3 % oder 50 ml

ZUBEHÖR




Ambistik



SpirafLOW-Set

Hersteller:
Geratherm Respiratory GmbH
Sparkassenpassage 1
97688 Bad Kissingen

 Zertifikat:
0494 DIN EN ISO 13485

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
M0650 018-0501-2_3